

Code No. 19-1279

製品規格書

20w/v%硝酸銀溶液

COD測定用

| 試験項目 | 規格値 |
|-------------------|---------------|
| 外観 | 無色透明の液体 |
| 酸 | 試験適合 |
| 過マンガン酸還元性物質(Oとして) | 1ppm以下 |
| 濃度(20℃) | 18.0~22.0w/v% |