

Code No. 19-1386

製品規格書

セレン標準液 (Se 1000)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.05~0.15mol/L
濃度(20℃)	990~1010mg/L