

Code No. 19-1387

製品規格書

ストロンチウム標準液 (Sr 1000)

| 試験項目 | 規格値 |
|------------------------|----------------|
| 外観 | 無色透明の液体 |
| 酸濃度(HNO ₃) | 0.05~0.15mol/L |
| 濃度(20℃) | 990~1010mg/L |