

Code No. 19-1414

製品規格書

ズダンII標準品

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	暗赤褐色、粉末又は塊
クロロホルム溶状	試験適合
吸収極大波長	488～496nm
吸光度(10mg/l, λ max)	0.55～0.65
乾燥減量(105°C)	実績値集積のうえ、規格化する
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量(HPLC)	98.0%以上