

Code No. 19-1416

製品規格書

ズダンIV標準品

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	黒褐色、粉末又は塊
クロロホルム溶状	試験適合
吸収極大波長	517~525nm
吸光度(5mg/l, λ max)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(105°C)	3.0%以下
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量(HPLC)	95.0%以上