

Code No. 19-1451

製品規格書

炭酸水素ナトリウム

分子生物学用

試験項目	規格値
外観	白色の結晶性粉末
水溶状	試験適合
乾燥減量	0.1%以下
塩化物(Cl)	0.001%以下
りん酸塩(PO ₄)	5ppm以下
けい酸塩(SiO ₂ として)	0.001%以下
硫酸塩(SO ₄)	0.003%以下
窒素化合物(Nとして)	0.005%以下
カリウム(K)	0.005%以下
銅(Cu)	2ppm以下
マグネシウム(Mg)	5ppm以下
カルシウム(Ca)	0.005%以下
亜鉛(Zn)	2ppm以下
鉛(Pb)	2ppm以下
鉄(Fe)	5ppm以下
よう素還元性物質	試験適合(Iとして約0.0065%以下)
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
含量	99.5~100.3%