

Code No. 19-1488

製品規格書

100mmol/L ピルビン酸ナトリウム溶液(X100)

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
pH	5.7~7.3
浸透圧	150~210mOsm/kg
エンドトキシン	0.3EU/mL以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合