

Code No. 19-1564

製品規格書

滅菌水, エンドトキシンフリー

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
無菌試験	試験適合
エンドトキシン	0.01EU/ml以下