

Code No. 19-1579

製品規格書

StemSureR 50mmol/L モノチオグリセロール溶液(X100)

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合
コロニー形成試験	試験適合
アルカリホスファターゼ染色	試験適合