

Code No. 19-1596

製品規格書

酢酸ナトリウム

医薬品試験用

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(CH ₃ COONa)	質量分率98.5%以上
水溶状	試験適合
pH(50g/l, 25°C)	7.5～9.0
塩化物(Cl)	質量分率0.005%以下
りん酸塩(PO ₄)	質量分率0.001%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.003%以下
カリウム(K)	質量分率0.02%以下
銅(Cu)	質量分率5ppm以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.005%以下
鉛(Pb)	質量分率0.001%以下
鉄(Fe)	質量分率0.001%以下
過マンガン酸還元性物質	質量分率0.002%以下
含量(USP-NF)	99.0%以上
pH(50g/L, 25°C)(USP-NF)	7.0～9.2
不溶分(USP-NF)	0.01%以下
乾燥減量(USP-NF)	1.0%以下
塩化物(Cl)(USP-NF)	0.002%以下
リン酸塩(PO ₄)(USP-NF)	0.001%以下
硫酸塩(SO ₄)(USP-NF)	0.003%以下
カルシウム(Ca)(USP-NF)	0.005%以下
マグネシウム(Mg)(USP-NF)	0.002%以下
重金属(Pbとして)(USP-NF)	0.001%以下
鉄(Fe)(USP-NF)	0.001%以下
乾燥減量(Ph.Eur.)	2.0%以下

JIS K 8372:2013 (*:当社追加項目)