

Code No. 19-1623

# 製品規格書

## セサミン

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の結晶又は結晶性の粉末
融点(JP法)	122～124℃
確認試験(JP法)	試験適合
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
* 含量(HPLC)	98.0%以上

\*:当社追加項目