

Code No. 19-1643

製品規格書

セレン標準原液 (Se 1000)

局方一般試験法用

試験項目	規格値
外観 濃度(20℃)	無色透明の液体 970~1030mg/L