

Code No. 19-1643

製品規格書

セレン標準原液 (Se 1000)

局方一般試験法用

| 試験項目 | 規格値 |
|---------------|-------------------------|
| 外観 濃度(20℃) | 無色透明の液体 970~1030mg/L |