

Code No. 19-1803

製品規格書

SB431542, MF

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	白色～黄褐色、結晶性粉末～粉末
アセトニトリル溶状	試験適合
水分	2.0%以下
含量(HPLC)	98.0%以上
エンドトキシン	0.05EU/mg未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	試験適合