

Code No. 19-1818

製品規格書

ScreenFectTMDilution Buffer

遺伝子研究用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
pH(20℃)	4.8～5.2
生菌数試験	試験適合