

Code No. 19-1823

製品規格書

スコポラミン臭化水素酸塩水和物

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	無色若しくは白色の結晶又は白色の粒、若しくは粉末
確認試験(JP法)	試験適合
純度試験(JP法)	試験適合
* 水溶状(乾燥後)	試験適合
* 比旋光度[α]D20(c=5,H2O)(乾燥後)	-24.0~-27.0°
* 乾燥減量(105°C)	13.0%以下
* 含量(HPLC)	99.0%以上

*:当社追加項目