

Code No. 19-1837

製品規格書

StemSureR 血清代替品

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	黄色～黄赤色、澄明の液体
pH	7.2～7.6
浸透圧	460～520mOsm
エンドトキシン	5.0EU/mL以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合
コロニー形成試験	試験適合
アルカリホスファターゼ染色	試験適合