

Code No. 19-1858

## 製品規格書

### ナトリウム標準液 (Na 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
濃度(20℃)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合