

Code No. 19-1863

製品規格書

ストロンチウム標準液 (Sr 1000)

ICP分析用

| 試験項目 | 規格値 |
|---------------------------|--------------|
| 外観 | 無色澄明の液体 |
| 酸濃度(HNO ₃ として) | 4~6w/w% |
| 濃度(20℃) | 990~1010mg/L |
| 不純物元素 | 試験適合 |