

Code No. 19-1867

製品規格書

けい素標準液 (Si 1000)

ICP分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
酸濃度(HFとして)	0.1~0.3w/w%
濃度(20°C)	990~1010mg/L
不純物元素	試験適合