

Code No. 19-1869

製品規格書

銀標準液 (Ag 1000)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	4~6w/w%
濃度(20℃)	990~1010mg/L