

Code No. 19-1872

製品規格書

けい素標準液 (Si 1000)

原子吸光分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
塩基濃度(Na ₂ CO ₃) 濃度(20℃)	0.20~0.25mol/L 0.99~1.01mg/mL