

Code No. 19-1905

製品規格書

硫黄標準液 [SO₄²⁻ (Sとして) 1000]

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
濃度(20℃)	980~1020mg/L
不純物元素	試験適合