

Code No. 19-1908

製品規格書

StemSureR hPSCリムーバー

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色の液体
エンドトキシン	実績値集積のうえ、規格化する
たん白濃度	0.09～0.11mg/mL
純度(SDS-PAGE)	70%以上
無菌試験	試験適合
実用試験	試験適合

Source: E. coli expressed rBC2LCN-PE38