

Code No. 19-1925

製品規格書

1mol/L 水酸化ナトリウム溶液

バイオプロセッシング用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
ファクター(20°C)(電位差滴定法)	0.99~1.01