

Code No. 19-1940

製品規格書

2mol/L 塩化ナトリウム溶液 (WFI Quality Water)

バイオプロセッシング用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
pH(25°C)	4.5~8.0
エンドトキシン	0.25EU/mL未満
無菌試験	試験適合
濃度	1.80~2.20mol/L