

Code No. 19-1945

製品規格書

D-セリン標準物質 [認証標準物質]

アミノ酸分析用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
乾燥減量(105°C)	実測値報告
純度	98.0%以上
L-セリン	試験適合