

Code No. 19-1949

## 製品規格書

### 2mol/L 塩化ナトリウム溶液 (WFI Quality Water)

バイオプロセシング用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
pH(25°C)	4.5~8.0
エンドトキシン	実測値報告
無菌試験	試験適合
濃度	1.80~2.20mol/L