

Code No. 20-0085

## 製品規格書

### チアミン塩酸塩

和光特級

試験項目	規格値
外観	白色、結晶性粉末～粉末
水溶状	試験適合
水分	5.0%以下
pH(10g/L, 25°C)	2.7～3.4
硝酸塩	試験適合
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	0.01%以下
重金属(Pbとして)	0.002%以下
含量(HPLC)	98.0%以上