

Code No. 20-0121

製品規格書

チオ尿素

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色の結晶
水溶状	試験適合
メタノール溶状	試験適合
塩化物(Cl)	0.05%以下
硫酸塩(SO4)	0.03%以下
チオシアン酸塩(SCN)	0.05%以下
重金属(Pbとして)	0.005%以下
銳敏度	試験適合
含量	95.0%以上