

Code No. 20-0186

製品規格書

トルエン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色透明の液体
純度(C ₆ H ₅ CH ₃)(GC)	質量分率99.5%以上
密度(20℃)	0.864~0.868g/ml
屈折率20℃	1.496~1.498
水分	質量分率0.03%以下
不揮発物	質量分率0.001%以下
酸(HClとして)	質量分率0.001%以下
塩基(NaOHとして)	質量分率0.001%以下
硫黄化合物(Sとして)	質量分率0.003%以下
チオフェン	試験適合
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8680:2006 (*:当社追加項目)