

Code No. 20-0200

製品規格書

m-トルイジン

和光特級

試験項目	規格値
外観	無色～黄褐色、澄明の液体
密度(20℃)	0.985～0.995g/ml
屈折率20℃	1.565～1.570
水分	0.2%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上