

Code No. 20-0226

製品規格書

グリセロール三酢酸

和光特級

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20℃)	1.157~1.165g/ml
水分	0.2%以下
酸(CH ₃ COOHとして)	0.01%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上