

Code No. 20-0249

製品規格書

トリクロロエチレン

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20°C)	1.461～1.469g/ml
屈折率20°C	1.477～1.479
水分	0.05%以下
遊離塩素	試験適合(Cl:約1ppm以下)
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上