

Code No. 20-0706

製品規格書

1,1,2,2-テトラクロロエタン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
純度(CHCl ₂ CHCl ₂)(GC)	質量分率97.0%以上
密度(20℃)	1.593～1.601g/ml
屈折率20℃	1.493～1.497
水分	質量分率0.1%以下
酸(HClとして)	質量分率0.003%以下

JIS K 9520:2013
(*:当社追加項目)