

Code No. 20-0813

製品規格書

0.5mol/L テトラブチルアンモニウム=ヒドロキシド溶液

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
吸光度(240nm)	0.50以下
吸光度(254nm)	0.30以下
吸光度(300nm)	0.15以下
吸光度(350nm)	0.10以下
臭化物(Br)	2.0%以下
蛍光試験	試験適合
濃度	0.45～0.55mol/L