

Code No. 20-0835

製品規格書

1,2,3-トリクロロベンゼン

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい褐色、結晶又は塊
エタノール溶状	試験適合
融点	51～55℃
水分	実績値集積のうえ、規格化する
含量(キャピラリーカラムGC)	95.0%以上