

Code No. 20-0877

製品規格書

ほう酸塩pH標準液

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
pH(25℃)	9.165～9.195