

Code No. 20-0905

製品規格書

1,2,4-トリクロロベンゼン 販売中止

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20°C)	1.455~1.462g/ml
凝固点	14~18°C
水分	0.05%以下
含量(毛管カラムGC)	95.0%以上

W2-4992/1998.5.30