

Code No. 20-1042

製品規格書

0.1mol/L トリス塩酸緩衝液

エンドトキシン検出用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
pH(30℃)	7.2～7.4
エンドトキシン	試験適合

製造元 富士フィルムヘルスケアマニュファクチャリング株式会社