

Code No. 20-1073

製品規格書

トリフルオロ酢酸

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
吸光度(25vol%, 270nm)	0.03以下
吸光度(25vol%, 280nm)	0.003以下
吸光度(25vol%, 300~400nm)	0.001以下
蛍光試験	試験適合
含量(HPLC)	99.8%以上