

Code No. 20-1076

製品規格書

12%トリメチルアミン溶液

島津タンパク質一次構造分析装置用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
アルデヒド(CH ₃ CHOとして)	20ppm以下
アンモニア	0.01%以下
メチルアミン	0.005%以下
ジメチルアミン	0.1%以下
過酸化物	0.5ppm以下
アミノ酸配列分析適合性	試験適合
濃度	12~14%