

Code No. 20-1077

## 製品規格書

### トリフルオロ酢酸

島津タンパク質一次構造分析装置用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
吸光度(50vol%, 280nm)	0.035以下
吸光度(50vol%, 300nm)	0.025以下
吸光度(50vol%, 350nm)	0.010以下
アミノ酸配列分析適合性	試験適合
含量	99.0%以上