

Code No. 20-1078

## 製品規格書

### 25%トリフルオロ酢酸溶液

島津タンパク質一次構造分析装置用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
吸光度(269nm)	0.040以下
吸光度(280nm)	0.020以下
吸光度(300nm)	0.010以下
吸光度(350nm)	0.005以下
アミノ酸配列分析適合性	試験適合
含量	25.0～25.5%