

Code No. 20-1103

## 製品規格書

### 20%テトラエチルアンモニウム=ヒドロキシド溶液

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色～うすい黄色、澄明の液体
塩化物(Cl)	0.2%以下
重金属(Pbとして)	0.001%以下
鉄(Fe)	0.001%以下
含量	19.0～21.0%