

Code No. 20-1160

製品規格書

トルエン 300

残留農薬・PCB試験用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.864~0.868g/mL
水分	0.05%以下
不揮発物	0.001%以下
残留農薬・PCB試験適合性	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.7%以上