

Code No. 20-1176

製品規格書

0.1w/v%チモールブルー・エタノール(50)溶液

中和滴定用

試験項目	規格値
外観	赤色澄明の液体
吸収極大波長(pH7.6)	433~436nm
吸光度(1→100, pH7.6, λ max)	0.20~0.40
変色範囲(pH)(酸性側)	(赤)1.2~2.8(黄色)
変色範囲(pH)(塩基性側)	(黄色)8.0~9.6(青)