

Code No. 20-1217

製品規格書

(Z)-9-トリコセン

生化学用

試験項目	規格値
外観	無色～黄色、澄明～微濁の液体
屈折率20°C	1.451～1.455
水分	0.2%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	95.0%以上