

Code No. 20-1290

製品規格書

トルエン標準液(1 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$ ペンタン溶液)

悪臭物質試験(GC)用

| 試験項目 | 規格値 |
|------|-------------------------------------|
| 外観 | 無色透明の液体 |
| 実用試験 | 試験適合 |
| 濃度 | 0.97~1.03 $\mu\text{g}/\mu\text{l}$ |