

Code No. 20-1315

製品規格書

0.1w/v% o-トリジン溶液

残留塩素測定用

試験項目	規格値
外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
鋭敏度	試験適合
濃度	0.09～0.11w/v%